

Weil 髓鞘染色液

产品货号: R22112

产品规格: 4×50ml

产品简介:

髓鞘(Myelin Sheath)是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,即髓鞘由髓鞘细胞和细胞膜组成,是神经膜细胞的质膜沿着轴索的轴心螺旋缠绕形成的多层脂双层结构,髓鞘上有郎飞氏结,可使神经冲动跳跃传递。髓鞘染色在病理诊断中有一定意义,髓鞘的病理变化分为早期、中期和晚期。在早期着色较深;病变中期阶段的髓鞘变性形成脂滴,可用脂质染色加以显示,后期彻底溃变并被吞噬细胞清除,故不再有髓鞘的阳性结果。

很多疾病都可以引起髓鞘的变化,Weil髓鞘染色可以显示病理情况下髓鞘是否完整、变性、坏死程度及修复情况,对神经组织的病理诊断和研究均有意义,例如神经纤维受损时,髓鞘可出现膨胀、曲折成球形、断裂或脱鞘完全消失等改变。

产品组成:

名称	4×50ml	保存条件
试剂(A):Weil苏木素染色液 A1: Weil 苏木素	25ml	室温, 避光
试剂(A):Weil苏木素染色液 A2: Weil 苏木素	25ml	室温
取 A1、A2 等量混合即为 Weil 苏木素染色液, 不宜提前配制		
试剂(B): 明矾溶液	50ml	室温
试剂(C): Weil 分化液	50ml	室温
试剂(D): Weil 蓝化液	50ml	室温

自备材料:

1. 蒸馏水
2. 温箱或水浴锅
3. 显微镜

操作步骤(仅供参考):

1. 石蜡切片15~20 μ m, 脱蜡至水洗。
2. 蒸馏水冲洗。
3. 入配制好的Weil 苏木素染色液, 置于37~58 $^{\circ}$ C温箱或水浴锅20~30min。若置于室温, 应染色1h。
4. 蒸馏水冲洗。
5. 用明矾溶液分化2~3min, 并镜下控制区分正常髓鞘不灰质或变性区域。
6. 蒸馏水冲洗。
7. Weil分化液分化2~10min(如分化较好此步可省略)。
8. 蒸馏水冲洗。
9. 滴加Weil蓝化液6滴处理5min, 充分水洗。
10. 常规脱水, 二甲苯透明, 中性树胶封固。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

染色结果:

髓鞘	黑色
背景	无色

注意事项:

1. 此试剂盒简便快速，明矾分化这一步很关键，需在镜下观察分化程度。
2. 固定液以 10%的福尔马林为佳。
3. 置于 37~58℃温箱或水浴锅染色时，应注意防止染色液挥发。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com